

 SULCUİK ÜNİVERSİTESİ		MAL VE HİZMET ALIM İ TALEP FORMU		 SULCUİK ÜNİVERSİTESİ 120 HEDİKLİK FAKÜLTESİ		
Kod: RHC-FR-157		Yayın tarihi: 22.03.2019	Revizyon No: 02	Revizyon tarihi: 24.05.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı: 1/1	
TALEP EDEN BİRİMLER :			TALEBİN AMACI VE AÇIKLAMASI			
SATINALINACAK MAL/HİZMET BİLGİSİ						
MAL VEYA HİZMETİN ADI		MAL/HİZMET TANIMI-ÖZELLİKLER (TEKNİK ŞARTNAMESİ)	İSTENİLEN		DEPODAKİ STOK MİKTARI (Görevli depo personeli tarafından yazılacak)	
			MİKTAR/SÜRE BİRİM			
CERRAHİ ALET YIKAMA ELDİVENİ		1. Eldiven bilek ve ön kolu kapatacak şekilde minimum 30 cm uzunluğunda olmalıdır. 2. Yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Parmakların fonksiyonunu bozmayacak kalınlıkta ve ergonomide olmalıdır. 4. Hassasiyet ve kullanımı kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0.14 mm olmalıdır. 5. Parmak uçları pürüzsüz olmalıdır. 6. TS EN 455-1,2,3 ve EN420 standartlarına göre üretilmiş olmalı CATEGORİ III (PPE, PERSONAL PROTECTION EQUIP/PMA/NT) sınıfı olmalıdır. 7. Eldiven Sterilizasyon Ünitesinde Yıkama Ünitesinde kullanılan Enzimatik solüsyonlara, kimyasallara karşı dayanıklılığı yüksek olmalı, Latex içermemeli, nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır. Direnç testi olmalıdır. 8. Eldivenin AQL (Acceptable quality level) seviyesi en fazla 1,5 olmalıdır. 9. SMALL; MEDIUM; LARGE olmak üzere 3 boyutlu non steril olmalıdır. 10. Teklifte beraber numune verilmelidir. 11. Değerlendirme, eldivenleri kullanacak olan birim tarafından numuneler denendikten sonra yapılacaktır. 12. Getirilen numune ile teslim edilen numune aynı olmalıdır. 13. Eldiven EN374-1,2,3 ve ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır. Test sonuçları teklif dosyasında sunulmalıdır. 14. Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.			0	
KAYMAZ TABANLI SU GEÇİRMEZ İŞ ÇİZMESİ ŞARTNAMESİ		1. TS EN İso 20345Standartında uygun, 54 Veya 55 özellikte olacaktır. 2. Çiçmenin altı tabanı suya, yağlara, hidrokarbonlara, asitlere, alkaliilere dayanıklı kaymaya karşı sırt taban özellikte olacaktır. 3. Su geçirirmeyecek ve kaymayacak özellikte olacaktır. 4. Çizme kauçuk yada pvc malzemeden, konç uzunluğu en az 30 cm olarak imal edilmiş olacaktır. 5. Çizme iç astarı, örgülü veya dokunmuş kumaştan ve bilek kısmı çift kat takviye edilmiş yapıda olacaktır. 6. Çiçmenin katlanma bölgesine aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır 7. Çiçmenin altı tabanı suya, yağlara, hidrokarbonlara, asitlere, alkaliilere dayanıklı kaymaya karşı sırt taban özellikte olacaktır. 8. Ayakkabı tabanı çift dansite (yoğunluklu), direkt enjeksiyon metodu ile imal edilmiş olacaktır. 9. Taban yapışırma veya dikili olmayacaktır. 10. En az 1.100 N'a kadar batma direnci sağlayan koruyucu tabanlı olacaktır. 11. Sani renkte olacaktır. 12. 2 adet (43) 2 adet (38) 2 adet (44) 2 adet (40) 2 adet (41) numara olacaktır.				
TIBBİ ATIK ÇİZMESİ ŞARTNAMESİ		1. Su geçirmez olacak. 2. İğne batmaz kauçuktan olacaktır. 3. Düz altı hisasında olacaktır. 4. Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olacaktır. 5. PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş tabanı seri kauçuktan olacaktır. 6. Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olacaktır. 7. İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olacaktır. 8. Turuncu renkte olacaktır. 9. 2 adet (41) 2 adet (44) numara olacaktır.				
TIBBİ ATIK ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		1. Tabii latekten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır. 2. Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak. 3. Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak. 4. Üstü tamamen kaplıvcı astarı kalitesi olacak. 5. Rengi turuncu olacak. 6. Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek,kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır. 7. Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır. 8. Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır. 9. Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır. 10. Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır.				
TIBBİ ATIK TULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ		1. Turuncu renkte olacaktır. 2. Tulum yekinde olacaktır. 3. Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olacaktır. 4. Polo yaka olmalı ve uzun düz kolu olmalıdır. 5. Tulum sipariş sırasında S-M-L-XL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir. Ölçülere idare karar verecektir. 6. Tulum arka kısmında "ULLUSLARARASI BIOTEHLİKE AMBLEMİ" İLE "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı olacaktır.İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne "TIBBİ ATIK PERSONEL" yazısı eklenabilmelidir. 7. Tıbbi atık kıyafeti standart tulum yekinde hazırlanmalıdır. 8. Tıbbi atık kıyafetinin kumayı koruyucu niteliğe olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve su geçirmez olacak,tulum yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır. 9. Belde yarım lastik ,kaliteli fermuarlı olacak. 10. Kollar düz olacak. 11. İthal polyester gabardin(965 pamuk,935 polyester) kumaş kullanılacaktır.				
Yukarıda belirtilen malların / hizmetlerin satın alınarak birimimize temini arz ederim.						
Tarih : / / 20						
HAZIRLAYANLAR			AMBAR BİRİM ONAYI			
Adı: Soyadı: İmza:			Adı: Soyadı: İmza:			
Stokta Var Yok			Stokta Var Yok			
DEKAN ONAYI						
Yukarıda belirtilen malların /hizmetlerin aşağıdaki şekilde satın alınması uygundur.						
TARİH: / / 20..			Adı: Soyadı: İmza:			
AVANSTAN ALIM DOĞRUDAN ALIM İHALE ALIM			ONAY			
SATIN ALMA SONUCU						
Açıklama :			HAZIRLAYAN			
Adı: Soyadı :			İmza :			