

	Sterilizasyon Temizlik Denetim Formu				
Kodu DS.FR.18	Yayın Tarihi 10.08.2017	Revizyon No 01	Revizyon Tarihi 10.11.2023	Sayfa Sayısı/Sayfa No 1/1	
STERİLİZASYON DENETİM FORMU				Tarih:	
DEĞERLENDİRMELER				EVET	HAYIR
1	Zemin temizliği yeterli,kalıntı,kir v.s. yok.				
2	Farklı alanların temizliğinde uygun renkte bez,eldiven ve kova kullanılıyor				
3	Dezenfektan solüsyonları doğru oranda hazırlanıyor.				
4	Dezenfektanların kapakları kapalı,üzerinde isimleri yazılı etiketler var.				
5	Temizlik solüsyonlarının bulunduğu etejer düzenli,temizliği yeterli.				
6	Dezenfektan solüsyonları bulanıklaştıkça yenisi hazırlanıyor.				
7	İş bitiminde kovalar ve fırçalar kuru,dezenfekte edilip bırakılıyor.				
8	Bezler,moplar ve paspaslar temizlik sonrası çamaşırh. gönderiliyor.				
9	Kuru temizleme yapılmıyor (kuru süperme)				
10	Paspas arabasında solüsyonlar uygun hazırlanıyor.				
11	Alet dekontaminasyon bilgisi yeterli.				
12	Dekontaminasyon sırasında koruyucu önlük,eldiven,maske kullanıyor.				
13	Hazırlanan dezenfektanların etiketlemesi var(tarih,hazırlayan kişi)				
14	Dez.solüsyonları gerektiğinde yenisiyle değiştirilir.				
15	Aletler dezenfektanda uygun süre bekletiliyor.				
16	Alet ve küvetlerde kalıntı yok..				
17	Durulama işlemi yeterince yapılmış.				
18	Otoklav Bowie-Dick testi hergün yapılıyor.				
19	Metal kutulara indikatör konuluyor.				
20	Otoklav yükleme prensiplerine uyuluyor.				
21	Aletler uygun paket ebadına konulup,iyice kapatılıyor.				
22	Paketleme sırasında bozuk,kırık,deforme ve kirli aletler ayrılıyor.				
23	Aletler kutulara tekniğine göre konuluyor.(plastik plastik yüzeye v.b.)				
EL YIKAMA / KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI					
1	Eldiven kullanımı var,sık aralıklarla değiştiriliyor.				
2	El yıkama tekniğiyle ilgili bilgi yeterli.				
3	El yıkama sıklığı yeterli.				
4	Farklı alanların temizliğinde eldiven değişimi yapılıyor.				
5	Tıbbi atık toplarken koruyucu giysi,eldiven,maske kullanılıyor.				

Sorumlu Hemşire

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi